

Indkøbsskabelon

Statisk luftpude

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28)

Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen skal betragtes som en tjekliste.

Find en kort og overskuelig vejledning til brug af skabelonerne på

www.socialstyrelsen.dk

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Forfattere: Greta Randrup Olsson og Mary Petersen
Udgivet september 2015

Download eller se indkøbsskabelonerne på www.socialstyrelsen.dk

Version: September 2015
Statisk luftpude
Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer.
Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete
bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for
udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Statisk luftpude

Rød tekst angiver steder, hvor der skal træffes et valg

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
04 33 03 (-03) eller 18 10 06 (-03)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>Statisk luftpude, som fyldes med luft eller med luftceller.</p> <p>Skal være forsynet med aftageligt betræk. Puden skal primært anvendes til kørestole.</p> <p>Puden skal kunne anvendes til borgere med tryksår i kategori 1 og/eller 2 og/eller 3 og/eller 4 i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner af tryksår [1;2] og til forebyggelse af tryksår til borgere med lav og/eller middel og/eller høj risiko fx efter Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP's og NPUAP's retningslinjer følges [1;2].</p>	
Pude	
Mål	<p>Skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra ___ cm til ___ cm.</p> <p>Skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra ___ cm til ___ cm.</p> <p>Skal være min. ___ cm og max. ___ cm høj.</p>
Brugervægt	Skal kunne anvendes til personer med en brugervægt ned til ___ kg eller derunder og op til min. ___ kg.
Egenskaber	Puden skal være inddelt i flere kamre og kunne indstilles asymmetrisk. Skal være brandhæmmende [3].
Mærkning	<p>Skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning for placeringen i stolen.</p> <p>Skal være mærket med rengøringsanvisning og beregnet brugervægt.</p>
Rengøring	Puden skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger [4].
Pudebetræk	
Egenskaber	Helbetræk, der passer til puden. Skal være let at af- og påmontere. Skal være brandhæmmende [3;5]. Skal være strækbart i alle retninger, eller udformet således at det ikke påvirker pudens trykfordelingsevne.
Mærkning	<p>Skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning for monteringen på puden og dennes placering i stolen.</p> <p>Skal være mærket med vaskeanvisning og pudens beregnede brugervægt.</p>
Rengøring	Betrækket skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler [4]. Skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tørretumbling.

Øvrigt	Pude med betræk skal kunne blive på plads i stolen, evt. ved skridsikkert underlag eller ved fastgøringsmuligheder.
Levering	Gælder for både pude og betræk, max. ___ hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Standard betræk og betræk med forskellige formål, fx inkontinens eller luftcirkulation, skal kunne leveres separat. Alle betræk skal være brandhæmmende [3;5].

Evt. håndpumpe skal kunne leveres separat.

Evt. luftceller som supplement skal kunne leveres separat.

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder [6]

Version: September 2015

Statisk luftpude

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

- DS/ISO 16840-2:2007 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af udstyrs fysiske og mekaniske karakteristika i forhold til at undgå beskadigelse af væv – Siddepuder [7]
- DS/ISO 16840-3:2014 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af statisk styrke, slagstyrke og styrke ved gentagne belastninger for udstyr til postural støtte [8]
- DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme [3]. (For pude)
- DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstyrs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret og 12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme [5]. (For pudebetræk, evt. også for pude) eller tilsvarende.

Der skal medsendes dokumentation for beregnet brug i forhold til forebyggelse af tryksår (fx i forhold til **Norton eller Braden** skalaen) og beregnet brug i forhold til behandling af tryksår ved angivelse af tryksårs kategori i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner [1;2].

Dokumentation herfor kan være i form af resultatet af den kliniske evaluering, der fx kan bygge på litteraturstudier eller egentlige kliniske afprøvninger.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Min. og max. brugervægt

Materialer, egenskaber for pude og betræk og opbygning af pude

Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med Øko-**Tex** mærkningen [9])

Alle brugsmål og vægtangivelse

Tilladte rengøringsmetoder

Evt. restriktioner ved opbevaring (fx liggende eller stående)

Behov for eftersyn, herunder hyppighed og omfang, og hvilke kompetencer der kræves for at udføre eftersynet

Omfang og indhold af vederlagsfri konsulentbistand

Evt. tilbehørsprogram

Evt. alternative betræk

Forventet levetid

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [10]

Bortskaffelse

Version: September 2015

Statisk luftpude

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Komfort for bruger, herunder

- klimakomfort
- trykfordelingsevne
- betrækkets evne til at bevare pudens trykfordelingsevne
- evne til at kunne anvendes ved korrektion af siddestillingen
- pudens evne til at blive på plads i kørestolen
- lav vægt

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- betjening
- af- og påmontering af betræk
- håndterbarhed
- opbevaringsmåde
- lav vægt
- mærkning

Sortimentsbredde

Alternative betræk

Rengøringsvenlighed

Eftersyn

Leveringstid

Referencer og litteratur m.m.

1. EPUAP og NPUAP Guidelines, http://www.hmi.dk/media/Guidelines_-_tryksår_-_forebyggelse.pdf, og http://www.hmi.dk/media/Guidelines_-_tryksår_-_behandling.pdf, hentet 18. april 2011
2. EPUAP og NPUAP Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide <http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2010/10/Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf>
3. DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme
4. <http://www.ssi.dk>, se under Infektionshygiejne
5. DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstørs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret og 12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme
6. DS/EN 12182:2012 Hjælpe midler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder
7. DS/ISO 16840-2:2007 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af udstørs fysiske og mekaniske karakteristika i forhold til at undgå beskadigelse af væv – Siddepuder
8. DS/ISO 16840-3:2014 Kørestolssæder – Del 2: Bestemmelse af statisk styrke, slagstyrke og styrke ved gentagne belastninger for udstyr til postural støtte
9. www.oeko-tex.com, hentet 18. april 2011
10. LBK nr. 237 af 28/03/2003 Købeloven med senere ændringer <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419>, hentet 18. april 2011

- Dreier, H. Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling. Hjælpemiddelinstitutet 2003.
- Dreier, H. Sidder du godt? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere. 2010. Kan downloades fra www.tryksaar.dk.
- Dreier, H. Siddesår – en praktisk tilgang til forebyggelse og heling, <http://www.saarbogen.dk/saarbogen/underside.asp?MIld=317>, hentet 18. april 2011.
- Engström, B. Ergonomi. Sittande & rullstolar. Posturalis Books 2002.
- Velde, E. Funksjonell sittestilling for rullestolbrugere. Pelvic Forlag 2001.
- Hjælpemiddelbasen, www.hmi-basen.dk.