

Arbejdsstol med bremses og gasfjeder til højderregulering

Klassifikationskode 18 09 03 (-11)

Indkøbsskabelon

- en guideline til udarbejdelse af kravspecifikationen

Udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00

E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Indhold udarbejdet af Greta Randrup Olsson og Mary Petersen for Socialstyrelsen.
Udgivet september 2017

Download eller se indkøbsskabelonerne på www.socialstyrelsen.dk.

Der kan frit citeres fra indkøbsskabelonen med angivelse af kilde.

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Om indkøbsskabelonen

Nærværende indkøbsskabelon er en guideline til, hvordan du som udbyder kan udarbejde kravspecifikationen ved indkøb af arbejdsstole med bremsere og gasfjeder til højderregulering.

Skabelonen indeholder en liste over egenskaber ved produktet, som kan være relevante at stille krav til. Listen er ikke udtømmende, da der kan være flere egenskaber ved produktet, du ønsker at stille krav til.

Desuden indeholder skabelonen henvisning til relevante standarder, samt en oversigt over egnet dokumentation for opfyldelse af kravene i kravspecifikationen.

Skabelonen skal alene ses som inspiration til, hvordan du kan udarbejde kravspecifikationen. Det er således vigtigt, at du selv konkret vurderer, hvilke egenskaber og krav, du ønsker at stille til produktet, og alene forholder dig til de punkter i skabelonen, som er relevante for dit udbud.

Når kravspecifikationen er udarbejdet kan det være en god idé at undersøge, om der findes produkter på markedet, der lever op til de samlede krav, der bliver stillet. Hjælpebaserne, www.hmi-basen.dk, er et nyttigt værktøj til det, hvor funktionen "Søg på detaljer" gør det muligt at filtrere produktoplysninger.

Skabelonen er ikke beregnet til direkte gengivelse, som en kravspecifikation i det endelige udbudsmateriale, da der kan være lokale krav til format og den måde, den skal indgå i udbudsmaterialet på.

Nærværende indkøbsskabelon er ikke en udbudsvejledning. For nærmere vejledning om udbudsreglerne henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ressortmyndighed på udbudsreglerne [1].

Sidst i skabelonen finder du relevante referencer, nyttige litteraturhenvisninger m.m.

Bemærk, at **rød tekst** i skabelonen angiver steder, hvor du skal træffe et valg. Flere steder i skabelonen findes der nyttige oplysninger om indhold i relevante standarder.

Kom gerne med tilbagemeldinger, hvis I finder noget, der skal ændres eller tilføjes.

Arbejdsstol med bremses og gasfjeder til h jdderegulering

Klassifikationskode

18 09 03 (-11)

Beskrivelse af og krav til hj lpemidlet (mindstekrav)

I kravspecifikationen beskrives produktet indledningsvis, herunder dets konfiguration med hensyn til tilbeh r og beregnet brug, hvis det er relevant.

Herefter oplyses krav til egenskaber ved produktet og det tilbeh r, der skal leveres med produktet.

Bem rk, at r d tekst angiver, at du som udbyder skal tr ffe et valg.

Arbejdsstol til voksne med indstilleligt s de **med roterbart s de med/uden l s for s dedrej eller ikke roterbart s de**, med indstillelig rygst tte og gasfjeder til h jdderegulering. Med bremses.

S�de:	Skal v�re h�jdeindstilleligt i omr�det min. xx - xx cm over gulv, evt. fordelt p� flere varianter. Skal v�re polstret og forsynet med betr�k, der er brandh�mmende [2], uigennemtr�ngeligt for v�ske.
Indstilling af s�de:	Skal kunne vinkles fremad uafh�ngig af ryggens indstilling.
Ryg:	Skal kunne indstilles i h�jde, i vinkel og i dybde i forhold til s�det. Skal v�re polstret og forsynet med betr�k, der er brandh�mmende [2], uigennemtr�ngeligt for v�ske.
Brugerv�gt:	Skal v�re min. xx kg.
Arml�en	Skal kunne indstilles trinl�st i h�jde og bredde . Skal v�re aftagelige.
Bremses	H�nd- og/eller fodbetjent bremse, som virker p� alle fire / min. to hjul . H�ndbetjent centralbremse skal kunne placeres valgfrit i h�jre eller venstre side.
Hjul:	Letl�bende, svingbare hjul. Hjulene m� ikke kunne smitte af p� underlaget. Hjulene skal v�re placeret p� en s�dan m�de, at der er god plads til f�dderne ved man�vrering og siddende forflytninger. Stolen skal have gode k�reegenskaber.
Reng�ring:	Stolen skal kunne t�le at reng�res i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler [3].
M�rkning:	Stolen skal v�re m�rket med max. brugerv�gt.
�vrigt:	Indstilling af s�deh�jde, ryg og arml�en skal foreg� med betjeningsvenlige greb.

Leveringstid:

Max. xx hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (mindstekrav)

Såfremt der stilles krav om levering af ekstra tilbehør, skal det fremgå af kravspecifikationen. Nedenfor er angivet forslag til det mest almindelige ekstra tilbehør, der kan leveres til produktet.

Mindstekrav, der stilles til det ekstra tilbehør, skal tydeligt fremgå af kravspecifikationen.

- Sæder og rygge i alternative størrelser og udformninger
- Inkontinens- eller skånebetræk til sæde
- Armlæn i forskellige størrelser
- Hemiplegiarmlæn
- Opklappelig fodstøtte
- Fodring.

Henvi sning til standarder og krav til dokumentation

Hjælpemidler er omfattet af direktivet for medicinsk udstyr, der fastlægger krav til hjælpemidlernes kvalitets- og sikkerhedsniveau.

For mange hjælpemidler findes der internationale/europæiske standarder, som der kan henvises til i kravspecifikationen. Standarderne indeholder de væsentligste krav til kvalitet og sikkerhed, som et produkt skal opfylde. Da standarder kun har en vejledende karakter, skal man altid tilføje ”eller tilsvarende” til listen af standarder. Nedenfor er angivet de relevante standarder for arbejdsstole med brems er og gasfjeder til højderregulering.

Som dokumentation for, at de tilbudte produkter lever op til kravene i standarderne kan du bede tilbudsgiverne om at afgive en overensstemmelseserklæring – det vil sige fabrikantens erklæring på, at han overholder kravene i det pågældende direktiv.

Du kan også bede om at få tilsendt fabrikantens risikoanalyse for produktet.

Endelig kan du bede om, at produktet er afprøvet af et akkrediteret prøvningslaboratorium eller andet anerkendt prøvningslaboratorium.

Medtag gerne den samlede tekst om dokumentation/standarder, da det er status ved udgivelsen af denne skabelon (se sidefod).

Er der andre forhold, du ønsker belyst og dokumenteret, beder du om at få tilsendt disse oplysninger.

Tilbuddet skal indeholde dokumentation for overholdelse af relevante krav i direktivet for medicinsk udstyr.

Det kan være dokumentation for prøvning efter

1. DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder [4]
2. DS/EN 1021-1:2014 og DS/EN 1021-2:2014 Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme [2]

eller tilsvarende.

Oplysninger om følgende skal sendes med:

- Max. brugervægt
- Alle brugsmål og vægtangivelse
- Materialer
- Komplet tilbehørsprogram
- Tilladte rengøringsmetoder
- Brugsanvisning
- Forventet levetid
- Garantiperiode eller reklamationsret
- Leveringstid
- Bortskaffelse.

Vurdering af produktet – afprøvning af produktet og gennemgang af dokumentationen

Ved vurdering af hvilket produkt, der er det økonomisk mest fordelagtige, kan det være relevant at inddrage parametre som funktionalitet og ergonomi.

Vurdering af produkternes funktionalitet og ergonomi kan ske ved en egentlig afprøvning eller ved gennemgang af det medsendte dokumentationsmateriale.

1. Indstillingsmuligheder, herunder:

- sædehøjde
- sædevinkling
- ryggen
- armlæn

2. Komfort for bruger, herunder:

- siddekøft
- klima

3. Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder:

- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af indstillingsmuligheder
- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af bremser

4. Betjeningsvenlighed for

depotmedarbejder, herunder:

- lav vægt
- opbevaringsmål
- monteringslethed af tilbehørsdele

5. Tilbehørsprogram

6. Rengøringsvenlighed

7. Leveringstid.

- kørsel og manøvrering

Referencer og litteratur m.m.

Her finder du de referencer, der er brugt i skabelonen, i den rækkefølge, som de står i teksten. Dernæst kan der være henvist til litteratur, hvor du kan finde uddybende materiale. Det kan være nyttige bøger og vejledninger, tjeklister og hjemmesider.

Der er en specifik reference til produktområdet i Hjælpe-middelbasen, www.hmi-basen.dk

Benytter du dig af muligheden "Søg på detaljer", kan du undersøge, om der findes produkter på markedet, der lever op til de samlede krav, du har stillet, og blive vejledt i at opstille de enkelte kravspecifikationer. Se evt. [video tutorial](#).

Standarder kan købes hos Dansk Standard, www.ds.dk

1. På <http://www.kfst.dk> kan du læse om udbudslovens regler, herunder om henvisning til standarder i kravspecifikationen, dokumentationskrav og vurderingsparametre.
 2. [DS/EN 1021-1:2014](#) og [DS/EN 1021-2:2014](#) Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme.
 3. <http://www.ssi.dk>, se under Infektionshygiejne.
 4. [DS/EN 12182:2012](#) Hjælpe-midler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder.
- Produktvejledning om [Arbejdsstole til hjemmet](#), Hjælpe-middelbasen.
 - [Arbejdsstole med gasfjeder](#), produkter i Hjælpe-middelbasen.
 - [Udbudsloven](#) (lov nr. 1564 af 15. december 2015).