

Indkøbsskabelon

Rollator, terræn

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 06 06 (-11)

Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen skal betragtes som en tjekliste.

Find en kort og overskuelig vejledning til brug af skabelonerne på

www.socialstyrelsen.dk

Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Forfattere: Greta Randrup Olsson og Mary Petersen
Udgivet september 2015

Download eller se indkøbsskabelonerne på www.socialstyrelsen.dk

Version: September 2015 Rollator, terræn
Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer.
Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete
bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for
udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Rollator, terræn

Rød tekst angiver steder, hvor der skal træffes et valg

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

12 06 06 (-11)

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Sammenklappelig rollator til at skubbe frem. Rollatoren skal være forsynet med hvilesæde, fire luftfyldte / massive hjul og aftagelig kurv eller net. Rollatoren skal være beregnet til færdsel på brosten, grusbelægninger, skov og lignende.

Bredde	Udvendig bredde max. ___ cm. Bredde mellem håndtag min. ___ cm.
Håndtag	Skal være højdeindstillelige uden brug af værktøj i området ___cm - ___cm over gulv. Håndtaget skal have et godt greb med stor understøttelsesflade og ikke være for glat. Materialet skal være ikke absorberende. Håndtagene skal være udskiftelige.
Hvilesæde	Skal være placeret i intervallet ___ cm - ___ cm over gulv eller være højdeindstilleligt. Materialet skal være ikke absorberende. Sædet må ikke forhindre opret gang.
Bremser	Bremserne skal kunne betjenes med et minimum af kraft. Bremsekabler skal være monteret, så de ikke generer under brug.
Sammen-klapning	Rollatoren skal være let sammenklappelig. Rollatoren skal kunne holde sig låst i sammenklappet tilstand.
Vægt	Skal være max. ___ kg ekskl. tilbehør, som kan tages af uden brug af værktøj.
Brugervægt	Skal være min. ___ kg. (Iflg. standarden for rollatorer anbefales min. 100 kg [1]).
Rengøring	Rollatoren skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger [2].
Øvrigt	Kurv eller net skal kunne belastes med min. ___ kg. (Iflg. standarden for rollatorer anbefales min. 5 kg [1]). Rollatoren skal være let sammenklappelig, og den skal nemt kunne medbringes i bil. Rollatoren skal være forsynet med reflekser. (Anbefales i standarden for rollatorer [1]).
Leveringstid	Max. ___ hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Stokkeholder

Iltflaskeholder

Trædepedal

Version: September 2015

Rollator, terræn

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Rygbøjle eller rygrem

Slæbebremse

Én-håndsbremse

Én-håndsbøjle

Massive / luftfyldte hjul

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 1985:1999 Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder [3] og
- DS/EN ISO 11199-2:2005 Rollatorer. Krav og prøvningsmetoder [1] eller tilsvarende

Hvis der tilbydes underarmsstøtte skal der tillige medsendes dokumentation for overholdelse af

- DS/EN 11199-3:2005 Gangborde. Krav og prøvningsmetoder [4] eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle relevante mål på rollatoren

Max. brugervægt og max. belastning af kurv eller net

Komplet tilbehørsprogram

Stabilitet både i udslået og i sammenklappet tilstand

Korrosionsbestandighed

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [5]

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Version: September 2015

Rollator, terræn

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

<p>Komfort for bruger</p> <ul style="list-style-type: none"> - håndgreb - sæde - gangstilling ved brug <p>Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - kraftforbrug ved betjening af bremses - sammenklapning - opbevaring og håndtering ved transport - tilbehør, fx af- og påmontering af kurv eller net - lav vægt <p>Betjeningsvenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - opbevaringsmål - monteringslethed af tilbehørsdele 	<p>Indstillingsmuligheder</p> <p>Køreegenskaber og manøvrering</p> <p>Funktionalitet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - bremsefunktion - sammenklapning <p>Tilbehørsprogram</p> <p>Rengøringsvenlighed</p> <p>Leveringstid</p>
--	--

Referencer og litteratur m.m.

1. DS/EN ISO 11199-2:2005 Rollatorer. Krav og prøvningsmetoder
 2. <http://www.ssi.dk>, se under Infektionshygiejne
 3. DS/EN 1985:1999 Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder
 4. DS/EN 11199-3:2005 Gangborde. Krav og prøvningsmetoder
 5. LBK nr. 237 af 28/03/2003 Købeloven med senere ændringer
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419>
- Brandt, Å. Ganghjælpemidler. Vejledning & Katalog. Hjælpemiddelinstittet 2005.
 - Brandt, Å. Brugertilfredshed med rollatorer. Hjælpemiddelinstittet 2000.
 - Brandt, Å. Borgeres mobilitet og deltagelse efter tildeling af rollator – et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune og Hjælpemiddelinstittet. Hjælpemiddelinstittet 2008.
 - Hjælpemiddelbasen, <http://www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=12060611>