

Toilet-badestol med hjul

Klassifikationskode 09 12 03 (-21)

Indkøbsskabelon

- en guideline til udarbejdelse af kravspecifikationen

Udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00

E-mail: info@socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Indhold udarbejdet af Greta Randrup Olsson og Mary Petersen for Socialstyrelsen.
Udgivet september 2017

Download eller se indkøbsskabelonerne på www.socialstyrelsen.dk.

Der kan frit citeres fra indkøbsskabelonen med angivelse af kilde.

Socialstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for en udbyders anvendelse af skabelonerne til kravspecifikationer. Udbyder har således det fulde ansvar for anvendelse af skabelonerne og for den individuelle og konkrete bearbejdning af skabelonerne i forbindelse med udarbejdelse af udbyders kravspecifikationer samt for udbudsretlige forhold i enhver henseende.

Om indkøbsskabelonen

Nærværende indkøbsskabelon er en guideline til, hvordan du som udbyder kan udarbejde kravspecifikationen ved indkøb af toilet-badestole med hjul.

Skabelonen indeholder en liste over egenskaber ved produktet, som kan være relevante at stille krav til. Listen er ikke udtømmende, da der kan være flere egenskaber ved produktet, du ønsker at stille krav til.

Desuden indeholder skabelonen henvisning til relevante standarder, samt en oversigt over egnet dokumentation for opfyldelse af kravene i kravspecifikationen.

Skabelonen skal alene ses som inspiration til, hvordan du kan udarbejde kravspecifikationen. Det er således vigtigt, at du selv konkret vurderer, hvilke egenskaber og krav, du ønsker at stille til produktet, og alene forholder dig til de punkter i skabelonen, som er relevante for dit udbud.

Når kravspecifikationen er udarbejdet kan det være en god idé at undersøge, om der findes produkter på markedet, der lever op til de samlede krav, der bliver stillet. Hjælpepemedelbasen, www.hmi-basen.dk, er et nyttigt værktøj til det, hvor funktionen "Søg på detaljer" gør det muligt at filtrere produktoplysninger.

Skabelonen er ikke beregnet til direkte gengivelse, som en kravspecifikation i det endelige udbudsmateriale, da der kan være lokale krav til format og den måde, den skal indgå i udbudsmaterialet på.

Nærværende indkøbsskabelon er ikke en udbudsvejledning. For nærmere vejledning om udbudsreglerne henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er ressortmyndighed på udbudsreglerne [1].

Sidst i skabelonen finder du relevante referencer, nyttige litteraturhenvisninger m.m.

Bemærk, at **rød tekst** i skabelonen angiver steder, hvor du skal træffe et valg. Flere steder i skabelonen findes der nyttige oplysninger om indhold i relevante standarder.

Kom gerne med tilbagemeldinger, hvis I finder noget, der skal ændres eller tilføjes.

Toilet-badestol med hjul

Klassifikationskode

09 12 03 (-21)

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (mindstekrav)

I kravspecifikationen beskrives produktet indledningsvis, herunder dets konfiguration med hensyn til tilbehør og beregnet brug, hvis det er relevant.

Herefter oplistes krav til egenskaber ved produktet og det tilbehør, der skal leveres med produktet.

Bemærk, at rød tekst angiver, at du som udbyder skal træffe et valg.

Stol med toiletåbning i sædet og små hjul. Kan benyttes til både toiletbesøg og brusebad. Der skal være fæste for spand eller bækken.

Bredde på toiletåbning:	Max. xx cm (målt på den bredeste led).
Dybde på toiletåbning:	Min. xx cm (målt på den længste led).
Bredde ml. armlæn:	Min. xx cm .
Bredde på sæde:	Min. xx cm .
Dybde på sæde:	Min. xx cm .
Udvendig bredde:	Min. xx cm .
Højde:	Stolen skal kunne køres ind over et almindeligt toilet på ca. 40 cm / et højt toilet på ca. 46 cm . Skal kunne højdeindstilles uden brug af værktøj og med et interval på max. 3 cm.
Skubbehåndtag/-bøjle:	Skal være i området xx cm til xx cm over gulv (90 cm over gulv skal være muligt i henhold til standarden Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne [2])
Brugervægt:	Skal være min. xx kg (min. 100 kg i henhold til standarden Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne [2])
Armlæn:	Skal være opklappelige, til-siden-svingbare eller nedfældelige eller på anden måde kunne ændre position for at lette sidelæns forflytning . Højden skal være i området xx cm til xx cm over sædet.
Benstøtter:	Skal være højdejusterbare og kunne ændre position for at lette hygiejne og forflytning . Skal være eleverbare uafhængigt af stolens øvrige funktioner . Benstøtterne skal kunne eleveres enkeltvis .
Fodplader:	Der skal være hælrem eller lignende anordning/design, som hindrer foden i at glide bagud (i henhold til standarden Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne [2]) Desuden opklappelige fodplader, som kan holde den opklappede stilling .

Hjul:	<p>Letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget.</p> <p>Der skal være ét retningsstyrende hjul.</p> <p>Stolen skal have gode køreegenskaber (en igangsætningskraft på max. 160 N og kraft ved kørsel på max. 85 N, når stolen er belastet med max. belastning, i henhold til standarden Hjælpe midler til brug ved personlig hygiejne [2])</p>
Bremser:	<p>Stolen skal kunne bremses således, at stolen står sikkert (må ikke kunne bevæge sig mere end 5 cm, når stolen er belastet med den maksimale belastning og stillet på et 6° underlag i henhold til standarden Hjælpe midler til brug ved personlig hygiejne [2])</p> <p>Bremsefunktionen skal være nem at betjene.</p>
Sideenhed:	<p>Sædet og ryggen skal yde god siddekomfort. Sideenheden skal være i et rengøringsvenligt materiale.</p> <p>Ryglæn skal have justerbare stropper eller lignende, der muliggør individuel tilpasning.</p>
Rengøring:	<p>Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler [3].</p>
Øvrigt:	<p>Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.</p> <p>Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler væske. Hvor væske/fugt kan samles, skal der være drænering.</p> <p>Stolen skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig.</p>
Leveringstid:	<p>Max. xx hverdage.</p>

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (mindstekrav)

Såfremt der stilles krav om levering af ekstra tilbehør, skal det fremgå af kravspecifikationen. Nedenfor er angivet forslag til det mest almindelige ekstra tilbehør, der kan leveres til produktet.

Mindstekrav, der stilles til det ekstra tilbehør, skal tydeligt fremgå af kravspecifikationen.

- Spand eller bækken **med låg. Bækken skal kunne tåle at rengøres i "bækkenkoger"**
- Sæder med forskellige hygiejneudskæringer
- Sædepolstring med forskellige udskæringer
- Dækplade til sæde
- Mulighed for faste ben med skridsikre dupsko i stedet for hjul
- Dupskoene skal kunne fås som reservedel.

Henviſning til ſtandarder og krav til dokumentation

Hjælpemidler er omfattet af direktivet for medicinsk udstyr, der fastlægger krav til hjælpemidlernes kvalitets- og sikkerhedsniveau.

For mange hjælpemidler findes der internationale/europæiske standarder, som der kan henvises til i kravspecifikationen. Standarderne indeholder de væsentligste krav til kvalitet og sikkerhed, som et produkt skal opfylde. Da standarder kun har en vejledende karakter, skal man altid tilføje ”eller tilsvarende” til listen af standarder. Nedenfor er angivet de relevante standarder for toilet-badestole med hjul.

Som dokumentation for, at de tilbudte produkter lever op til kravene i standarderne kan du bede tilbudsgiverne om at afgive en overensstemmelseserklæring – det vil sige fabrikantens erklæring på, at han overholder kravene i det pågældende direktiv.

Du kan også bede om at få tilsendt fabrikantens risikoanalyse for produktet.

Endelig kan du bede om, at produktet er afprøvet af et akkrediteret prøvningslaboratorium eller andet anerkendt prøvningslaboratorium.

Medtag gerne den samlede tekst om dokumentation/standarder, da det er status ved udgivelsen af denne skabelon (se sidefod).

Er der andre forhold, du ønsker belyst og dokumenteret, beder du om at få tilsendt disse oplysninger.

Tilbuddet skal indeholde dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kan være dokumentation for prøvning efter

- DS/ISO 17966:2016 Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder [2]

og/eller

- DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder [4]

eller tilsvarende.

Stolen skal være mærket med max. brugervægt og produktionsår.

Oplysninger om følgende skal sendes med:

- Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen
- Max. brugervægt
- Materialer, herunder korrosionsbestandighed
- Komplet tilbehørsprogram
- Stabilitet (hvis ikke den lever op til standarden Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne [2])
- Tilladte rengøringsmetoder
- Forventet levetid (min. 3 år i henhold til standarden Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne [2])
- Garantiperiode eller reklamationsret
- Leveringstid.

Vurdering af produktet – afprøvning af produktet og gennemgang af dokumentationen

Ved vurdering af hvilket produkt, der er det økonomisk mest fordelagtige, kan det være relevant at inddrage parametre som funktionalitet og ergonomi.

Vurdering af produkternes funktionalitet og ergonomi kan ske ved en egentlig afprøvning eller ved gennemgang af det medsendte dokumentationsmateriale.

- | | |
|--|---|
| 1. Indstillingsmuligheder, herunder: <ul style="list-style-type: none">- højden- benstøtter og fodplader | 5. Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder: <ul style="list-style-type: none">- indstillinger- håndterbarhed- placering over toilet- håndtering af bækken- mærkning |
| 2. Betjeningskræfter, herunder: <ul style="list-style-type: none">- bremsefunktionen- kørsel og manøvrering | 6. Tilbehørsprogram |
| 3. Komfort for bruger, herunder: <ul style="list-style-type: none">- siddekomfort | 7. Rengøringsvenlighed |
| 4. Sikkerhed <ul style="list-style-type: none">- stabilitet | 8. Almindelig vedligeholdelse |
| | 9. Leveringstid. |

Referencer og litteratur m.m.

Her finder du de referencer, der er brugt i skabelonen, i den rækkefølge, som de står i teksten. Dernæst kan der være henvist til litteratur, hvor du kan finde uddybende materiale. Det kan være nyttige bøger og vejledninger, tjeklister og hjemmesider.

Der er en specifik reference til produktområdet i Hjælpebaseren, www.hmi-basen.dk

Benytter du dig af muligheden "Søg på detaljer", kan du undersøge, om der findes produkter på markedet, der lever op til de samlede krav, du har stillet, og blive vejledt i at opstille de enkelte kravspecifikationer. Se evt. [video tutorial](#).

Standarder kan købes hos Dansk Standard, www.ds.dk

1. På <http://www.kfst.dk> kan du læse om udbudslovens regler, herunder om henvisning til standarder i kravspecifikationen, dokumentationskrav og vurderingsparametre.
 2. [DS/ISO 17966:2016](#) Hjælpebaser til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder.
 3. <http://www.ssi.dk>, se under Infektionshygiejne.
 4. [DS/EN 12182:2012](#) Hjælpebaser til personer med funktionsnedsættelse. Generelle krav og prøvningsmetoder.
- [Toilet-badestol med hjul](#), produkter i Hjælpebaseren.
 - [Udbudsloven](#) (lov nr. 1564 af 15. december 2015).